

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.
Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/a Üçyol / Konak

İzmir
TÜRKİYE

Teklif No: 42645

Tarih : 21/05/2021

Para Birimi: **EUR**

Katalog No	Miktar	Tanımı	Birim Fiyat	Toplam
22220055-3	1	@Full HD Endoskopik Kamera Kafası Tamir bedeli	3.216,00	3.216,00
Genel Toplam:				3.216,00 EUR

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Teklif Fiyatlarımız EUR cinsinden olup, TL Fiyatların tespitinde fatura tarihindeki Merkez bankası döviz satış kuru dikkate alınacaktır.

Opsiyon : 21/06/2021

Ödeme : Peşin yapılacaktır. Karşılıklı olarak teyit edilen ödeme süresinin aşımı halinde, aşımı gerçekleşen ödeme tutarına aylık %10 vade farkı cari borcunuza işlenecek, vade farkı faturası tarafınıza gönderilecektir.

Not: Teklif tarihinden itibaren opsiyon süresi içerisinde işbu teklifimizle ilgili tarafımıza herhangi bir cevap iletilememesi durumunda malzeme(ler) tarafınıza iade edilecektir.

GENTEK

Medikal ve Teknik Cihazlar San.A.Ş.
Ahmet Haşim Cad. 27 Dikmen/ANKARA
Tel:0312 480 00 68 Fax:0312 480 00 11
Baskın V.D. 394 045 7552 Tic.Sic.No:51400

Yetkili imza :

Hazırlayan : Gülay Şahan

Page **1/1**

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

21.05.2021

İZMİR

TEKNİK RAPOR

Teknik servisimize arıza tespiti için gelen **Karl Storz** marka, **22220055-3** katalog ve **(SY780233-H)** imalat numaralı **Image1 HD H3-Z** model endoskopik kamera başlığının yapılan teknik incelemesinde;

- i. Kamera kontrol ünitesi ile bağlantı sağlayan kablo iletkenlerinin, mekanik dış etkenlere bağlı (katlanma, burulma, ezilme v.b.) olarak hasar gördüğü, bu nedenle görüntü kayıpları oluştuğu,
- ii. Optik parfokal ayarının bozuk olduğu,
- iii. Kamera başlığının kasa bağlantı noktalarında bulunan sızdırmazlık elemanlarının deforme olduğu ve cihazın içerisine sıvı alabilecek şekilde kaçığa neden oldukları,

Söz konusu arızalı kamera başlığının bu hali ile kullanımı mümkün değildir. Bu nedenle arızalı olan kamera kablosunun ve sızdırmazlık elemanlarının tamir bedeli karşılığında yenilenmesini öneriyoruz. Bu işlemlerin yapılmasından sonra, optik parfokal ayarı ve kamera başlığının güncel yazılım versiyonun da yüklenmesi yapılacaktır. Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

ONUR ORAK

GENTEK
Medikal ve Teknik Cihazlar San. A.Ş.
Ahmet Haşim Cad. 27 Dikmen/ANKARA
Tel:0312 480 00 68 Fax:0312 480 00 11
Başkanlık V.D./394 045 7552 Tic.Sic.No:51400